

---

## Control N Thrombolyzer

I.D.: 45656237

---

Data publicarii	13.04.20	Coduri CPV	33141625-7 33696200-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ:	1.030,00 RON - 1.030,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Continut: 1mL Control cu valori normale pentru coagulare. Pentru controlul calității în intervalul patologic pentru testele (PT/ aPTT/ TT/ Fibrinogen) și pentru determinarea factorilor de coagulare ce interfața între activitatea normală și patologică de coagulare. Controlul preciziei, adică înregistrarea variației de zi cu zi, este o procedură importantă în testele de coagulare, iar verificarea acurateții sistemului de testare este deosebit de important. Producator: Technoclone, Austria VA RUGAM LA FACTURARE PASTRATI DENUMIREA INREGISTRATA IN SEAP Certificat de conformitate, avizat CE, MS. Conform legislatiei in vigoare, documentele sa fie traduse in limba romana. Cumpararea tine loc de comanda AVIZE CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE

---