
Indicator biologic Stearothermophilus ; Indicator fizico-chimic clasa 5

I.D.: 35815812

Data publicarii	10.05.19	Coduri CPV	39811200-2 33198200-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.360,00 RON - 3.360,00 RON

Descriere: Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni. Integrator clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C.
