

## **ESwab - kit de recoltare exsudat nazofaringian adecvat inclusiv COVID 50buc**

I.D.: 46713344

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 26.05.20 | Coduri CPV | 33141000-0 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.400,00 RON - 2.400,00 RON

---

Descriere: Kit de recoltare steril avand in componenta 1 recoltor cu fibre de nylon, ambalat individual si tija de plastic ce are marcat la 100 mm de capat un semn de rupere, caracteristica ce permite ca dupa recoltare si imersia in tubul cu mediu de transport recoltorul sa ramana captiv in capac. Tubul cu mediu de transport are capac cu inchidere etansa, cu filet si contine 1 ml mediu lichid Amies, liber de orice enzime si inhibitori ce pot interfera cu procesele de amplificare ale testelor de biologie moleculara, adecvat pentru mentinerea viabilitatii bacteriilor, virusurilor si a stabilitatii antigenelor Chlamydia si acizilor nucleici pe toata durata transportului catre laborator (pana la 72 h). Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Pompei Samarian Calarasi Serviciul Achizitii -Aprovizionare "Adresa: Str. Eroilor Revolutiei 22 Decembrie 1989, Nr. 2-4 Cod Fiscal - 3233078 Tel.0242-314471; Fax.0242-312668 , 0242-313834 email: achizitii.cl@gmail.com TINE LOC COMANDA FERMA LIVRAREA PRODUSELOR VA FI INSOTITA DE CERTIFICAT DE CALITATE SI DECLARATIE DE CONFORMITATE ,SI CERTIFICAT MARCAJ CE, AVIZE TEHNICE, TESTE, AUTOIZATIE DE PUNERE PE PIATA, CONFORM LEGISLATIEI IN VIGOARE. LIVRAREA PRODUSELOR SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR H.G. 54/2009 PCT.13 DIN ANEXA 1 SI ART. 11 ALIN 4 PRECUM SI CELE DIN ANEXA 1 PCT. 8.4 DIN H.G. 798/2003, REFERITOR LA ETICHETAREA CORECTA PRECUM SI NECESITATEA EXISTENTEI INSTRUCIUNILOR DE UTILIZARE IN LIMBA ROMANA

---