
HOTA DE MICROBIOLOGIE CLASA II-A2;

I.D.: 85738186

Data publicarii	11.08.23	Coduri CPV	39141500-7 38000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 21.08.23

Descriere: Achizitie Hota microbiologica Clasa II - A2 conform specificatiilor tehnice: -Panou frontal Motorizat _ Sticla ramforsata dublu stratificata ≥ 5 mm Anti UV; -Material suprafata de lucru Otel inox 304; -Material corp principal otel laminat de rece acoperit cu pulbere antibacteriana ,iluminare ≥ 1000 Lux; -Lampa cu fluorescenta 40W*1 Lampa UV Emisie la 253.7 nm, ce asigura o decontaminare eficienta 15W*1 Debit de aer: Admisie: 0.53 ± 0.025 m/s, Flux descendent: 0.33 ± 0.025 m/s -Filtru HEPA: 2,99.999% eficienta la 0.3 μ m. Indicator pentru durata de utilizare; -Microbiologice Clasa II - A2 Flux laminar Vertical; Nivel de zgomot EN 12469 ≤ 58 dB/NSF49 ≤ 61 dB; Accesorii incluse: Lampa cu fluorescenta, lampa UV*2, Telecomanda, Prize protejate la umiditate*2; Accesorii optionale: Stand suport prevazut cu role; -Inaltimea suprafetei de lucru 750 mm cu standul suport optional; -Deschiderea de lucru 370 mm; -Dimensiuni interioare (L*I*h) 600*500*540 mm; -Dimensiuni exterioare (L*I*h) 700*650*1230 mm; -Alimentare 220 V. 50 Hz; -Consum 500 W; Rugam ca oferta sa contina propunere financiara, garantia produsului si termenul de livrare. Oferta de pret trebuie sa fie semnata si stampilata.
