

Servicii de mentenanta aparatura/dispozitive medicale 2024 - Laborator de analize - Sterilizare

I.D.: 96153361

Data publicarii 15.04.24 Coduri CPV 50421000-2

Pretul estimativ: 23.283,00 RON - 23.283,00 RON

Descriere: 1. P4003 Autoclava STING 11 STANDARD, 25L - 2 buc. Serie: 12180022; 12180023; 2. P102 - Sterilizator cu abur ProHS - Serie: 0087.01.19006; 3. P102 - Distilator GFL 2008 - Serie: 11388218; Valabilitate contract: 30.12.2024 Posibilitate de prelungire prin act aditional pana la 30.04.2025 Intretinere si verificare periodică - efectuarea de probe funcționale în vederea evaluării stării de bună funcționare a aparatelor din Anexa nr.1, curățarea internă și externă a aparatelor și a contactelor în funcție de necesitate, verificarea electrosecurității și a factorilor externi care influențează buna funcționare a aparatelor (tensiunea de alimentare, împământarea, temperatura, umiditatea tec). Întreținerea și verificarea periodică se efectuează nu mai rar de o dată la 3 luni. Lucrările de întreținere și verificare periodică nu presupun costuri suplimentare în afara prezentului contract. Reparații - remedierea defecțiunilor apărute la aparatelor. Termenul de intervenție în caz de defecțiune este de maxim 48 ore, iar termenul de remediere este de maxim 96 ore. Dacă remedierea defecțiunii nu este posibilă în acest termen din lipsa de componente, Prestatorul-executant se obliga să asigure un aparat similar Beneficiarului până la remedierea defecțiunii, în vederea asigurării activității Beneficiarului. În acest caz manopera de reparație este gratuită, Beneficiarul fiind obligat să achite numai cheltuielile de delegație și contravaloarea pieselor schimbate în locul celor defecte. Activitățile