
SERVICII DE VERIFICARE, INTRETINERE SI REPARARE ANALIZOR ECL 412

I.D.: 58845900

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 13.07.21 | Coduri CPV | 50421000-2 50800000-3 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

Descriere: Servicii de verificare, intretinere si reparare pentru analizorul ECL 412 1. Curatat cale optica 2. Verificare temperatura de incubare si timer 3. Verificarea si corectarea algoritmilor de calcul pt. parametri determinati 4. Actualizare versiune de soft, daca este cazul 5. Efectuare calibrari, teste de repetabilitate 6. Verificare si rulat controale de calitate 7. Verificare pentru electro - securitate conform SR EN 61010-1 In urma reviziei tehnice asupra echipamentului Analizor semiautomat de coagulare ECL 105 se vor emite urmatoarele documente:*nota de constatare*raport de service*raport de calibrare *raport electro - securitate Timpul de raspuns al firmei Global View SRL de la prima solicitare este de maxim 24 ore iar timpul de interventie in functie de natura defectului intre 24 si 48 ore. Interventia in vederea efectuarii reparatiilor se va efectua atat la solicitarea autoritatii contractante cat si in conditiile in care vor fi constatate defectiuni ale dispozitivului medical cu ocazia reviziei. Toate activitatile de inlocuire/reparare se vor efectua numai dupa aprobarea autoritatii contractante. Piese schimbate raman in proprietatea autoritatii contractante. Garantia manoperei este de 6 luni. Garantia eventualelor piese de schimb este cea oferita de producator, si nu va fi mai mica de 6 luni. Autorizatie de service de la ANMDM pentru serviciile oferite, producator Erba Lachema inregistrat in Anexa avizului. Pret / revizie / aparat
