
Indicator biologic Abur Stearothermophilus; Indicatori chimici integratori clasa 5

I.D.: 36956074

Data publicarii 02.07.19 Coduri CPV 39811200-2 33198200-6 33696100-6

Pretul estimativ: 3.710,00 RON - 3.710,00 RON

Descriere: Geobacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Integrator clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C. Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperature. Schimbarea culorii de la roz la negru In conformitate cu ISO11140-1
