

---

## **ACHIZITIE AUTOCLAV CU USCARE STERILIZARE**

I.D.: 36516843

---

Data publicarii	12.06.19	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:

---

Descriere: SPECIFICATII TEHNICE MINIME: - Volumul camerei 100 Litri - Domeniu de temperatura : 105°C - 136°C - Program test pentru Bowie & Dick - Display LCD min 128X64 pixeli - Manometru pentru afisarea presiunii interioare - Limba de afisare - lb. romana - Sistem de alimentare automata cu apa - Printer GARANTIE: Termen de garantie: minim 24 luni de la data instalarii si punerii in functiune SERVICE POSTGARANTIE: Timp maxim de interventie post-garantie: 24 ore Asigurarea asupra disponibilitatii pe piata a pieselor de schimb si consumabile pentru 10 ani. SERVICII ASOCIATE INCLUSE: Transportul pana la sediul beneficiarului Instalarea si punerea in functiune Scolarizarea personalului medical si tehnic Manual/prospect de operare si intretinere in limba romana

---