

---

## **CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOXIN A+B ( MATERII FECALE )**

I.D.: 59185995

---

Data  
publicarii 23.07.21

Coduri CPV 33141625-7

---

Pretul  
estimativ: 1.200,00 RON - 1.200,00 RON

---

Descriere: TEST IMUNOCROMATOGRFIC- CASETA , TRUSA CCONTINE: 20 CASETE+ 20 SISTEME DE  
RECOLTARE MATERII FECALE +DILUENT PROBA control pozitiv - SE LUCREAZA DIN MATERII  
FECAL - PRODUCATOR CERTEST -SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile  
limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile Toxin A+B sunt 2ng/mL pentru Toxin A si  
0,63ng/mL pentru Toxin B. LABORATOR

---