
Test/teste Helix PCD abur control incarcatura 7 min/134 C si 20 min/121 C

I.D.: 69541471

Data publicarii	24.05.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 500,00 RON - 500,00 RON

Descriere: Test lot control (PCD) pentru monitorizarea fiecărei sarje ce contine instrumentar canulat
Ambalare: 250 indicatori/cutie. Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Indicator chimic care monitorizeaza conditiile sarjei: timp, temperatura, presiunea aburului si penetrabilitatea instantanee Test autoadeziv, format din 4 bare indicatoare care isi schimba culoarea complet si uniform de la GALBEN la NEGRU la indeplinirea tuturor conditiilor de sterilizare Testul se introduce intr-o capsula de teflon conectata la un tub de plastic rezistent la 250 utilizari. Conditii de utilizare: 7 minute la 134 C/20 minute la 120 C Se ataseaza in registrul de sterilizare ca dovada a eliberarii sarjei Pachet dispozitiv+ 250 indicatori. Termen de valabilitate: 5 ani Productie Argentina
