

Teste sterilizare

I.D.: 74160054

Data publicarii	11.10.22	Coduri CPV	38341500-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.940,00 RON - 2.940,00 RON

Descriere: P Rola etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu abur la 134 C 3.5 minute sau 121 C 15 minute. Etichetele sunt dublu adezive pentru a putea fi , initial, lipite pe fiecare pungă, pachet, necesar a fi identificat in procesul de sterilizare, urmand ca ulterior , la momentul utilizarii pachetului, sa fie dezlipite si atasate in fisa pacientului sau registrul de sterilizare, pentru asigurarea trasabilitatii dispozitivelor medicale Dimensiune: 29 x 28 mm Caractere Indicator integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121-135 C Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclului de sterilizare cu abur: timp, temperatura, saturatia aburului Se utilizeaza in fiecare pachet, pungă, cos ce urmeaza a fi sterilizat In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Pe indicator sunt tiparite urmatoarele informatii: culoarea de referinta in care trebuie sa vireze , standard ISO 11140-1 utilizat, tip indicator (tip 5) , procesul in care se utilizeaza, lot, data fabricatie, data expirare; Prezinta test la rezistometru pentru confirmarea cernelei type 5, conform cerintelor de performanta solicitate de standardul ISO 11140-1 Cerna se schimba din galben in negru in conditiile unui proces reusit Conditii de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Stearothermophilus Certificat de calitate pe fiecare lot in parte, conform cerintelor ISO 11140-1 Instructiuni in limba romana , despre utilizarea produsului si citirea rezultatului
