

ETICHETE DUBLU ADEZIVE STERILIZARE ABUR 29X28;Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura

I.D.: 63294494

Data publicarii 18.11.21 Coduri CPV 33198200-6 33698000-9

Pretul estimativ: 2.940,00 RON - 2.940,00 RON

Descriere: Etichete cu suport dublu adeziv și indicator de proces pentru sterilizarea cu abur. Dimensiunea etichetei: 29x28mm. Eticheta este din Hârtie Vellum pe suport dublu adeziv axcrylic. produs fara latex. Fabricat conform Standard STEAM ISO11140-1 Cerneală netoxică clasa 1 Indicatorul de proces, după ciclul de sterilizare la autoclav, se transformă de la roz la maro. TERMEN DE VALABILITATE 3 ani de la data producției CONFORMITATEA PRODUSULUI EN ISO 11140-1: 2014 Indicator de clasă 1.EN ISO 14001: 2015 și certificare a calității EN ISO 9001: 2015 Pret afisat pe rola cu 500 de etichete dublu adezive Pentru utilizare facila (in cazul volumelor mari) se recomanda folosirea lor cu aparatul de etichetat si inscriptionat aflat in stoc. Declaratie de conformitate INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10⁶ - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 48 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA-MOV. IN CAZ CONTRAR, CULOAREA SE VA SCHIMBA IN GALBEN. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. AMBALARE: 100 FIOLE/CUTIE PRET AFISAT / FIOLA. PENTRU MAI MULTE INFORMATII PUTETI ACCESA