

**Aparat test respirator H,CH4 in aerul expirat Aparat test 13C in aerul expirat prin analizor izotopi 13C cu infrarosu Statie capsula pentru masurare pH gastric Analizor compositie corporata prin bioimpedanta cu masuratoare PhA Dinamometru forta mainii Banc lucru aseptic Blender O2 sterilizabil**

I.D.: 76173074

Data publicarii	09.12.22	Coduri CPV	33100000-1 33190000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul 16.12.22
limita
pentru
depunere:

Descriere: Aparat test respirator H,CH4 in aerul expirat - trebuie sa determine SIBO si intoleranta la lactoza Aparat test 13C in aerul expirat prin analizor izotopi 13C cu infrarosu - trebuie sa moasoare concentratia de 13CO2 si 12CO2 din aerul expirat - trebuie sa detecteze infectia cu Helicobacter Pylori - aerul expirat de pacient (care urmeaza sa fie analizat) trebuie stocat in recipiente speciale - trebuie folosit la pacientii cu afectiuni gastrice, pancreatic sau cu afectiuni la nivelul ficatului - trebuie sa realizeze mai multe tipuri de teste (uree 13C, 13C metacetina, 13C-l-metionina, 13C-acetat de sodiu, 13C-trigliceride mixte, 13C octonoat de sodiu, 13C-acid octanic) Statie capsula pentru masurare pH gastric - trebuie sa moasoare presiunea, pH-ul, temperatura - trebuie sa fie sub forma unei pastile care va fi ingerata de pacient - trebuie sa treaca prin intestin, colon, duoden, antrum Analizor compositie corporata prin bioimpedanta cu masuratoare PhA - evalueaza status metabolic/sarcopenie Dinamometru forta mainii - evalueaza status metabolic/sarcopenie
