

---

## **Indicator autoclav Integron/Test/teste Bowie Dick /Rola/role sterilizare/Indicator biologic/ Indicat**

I.D.: 86767349

---

Data publicarii	08.09.23	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.004,00 RON - 5.004,00 RON

---

Descriere: PEDI II STERILIZARE/ PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C. Ambalare: 200 indicatori/cutie Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperatura. Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat Schimbarea culorii de la galben la negru In conformitate cu ISO11140-1 clasa/type 5 Prezinta testul la rezistometru pentru confirmarea cernelei clasa 5 Conditile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Atropheaus Certificat de calitate si testare pe fiecare lot in parte Cutie 200 buc Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Fabricat in Argentina.

---