

CONTROL INTERN IMUNOHEMATOLOGIE QC 2

I.D.: 56130465

Data publicarii	16.04.21	Coduri CPV	33696100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 250,00 RON - 250,00 RON

Descriere: IH QC 2: set 4 flacoane x 6 ml hematii de testat, de origine umana, hematocrit 15% ; grup sanguin B, Rh(D) pozitiv DCcEe (R1R2), Cw negativ, Kell negativ, Fy(a) negativ, prezenta anti Fy(a) ce determina reactii pozitive la un titru mai mic sau egal cu $\frac{1}{4}$ cu celule Fy(a +, b +) in Coombs Indirect, test Coombs direct negativ. După deschidere, dacă este manipulată conform principiilor bunelor practici de laborator și dacă este depozitată corect, fiecare eprubetă H-QC1 poate fi utilizată timp de maxim 7 zile. Toti reactivii contin albumina bovina. Reactiile si rezultatele sunt inscrise in lista anexa ce insoteste fiecare lot de reactivi livrat. Pentru utilizarea cu alți reactivi și/sau alte instrumente, laboratoarele trebuie să respecte propriile proceduri de validare aprobate. Utilizare : 1. pentru controlul intern de calitate al procedurilor de lucru pe micrometoda : Determinare grup sanguin in sistem ABO prin metoda directă si indirecta, Tipizarea RhD, Fenotiparea Rh/K, Screening-ul/Identificarea anticorpilor antieritrocitari - Testul Coombs Indirect (TCI), Screening anticorpi/Identificare-tehnica papaină 2 etape, Testul Coombs Direct (TCD). 2. pentru controlul reactivilor aflatii in folosinta (pentru tehnici de aglutinare in coloana de gel, compatibili cu echipamentul aflat in dotare) 3. pentru controlul performantei personalului de laborator, in vederea asigurarii acuratetii si securitatii rezultatelor testarilor imunohematologice. Se prezinta : Se vor prezenta instructiunile
