

---

## **indicator chimic pentru sterilizare cu abur Clasa 5, indicator biologic abur cu mediu de cultura incl**

I.D.: 43898896

---

Data publicarii 04.09.19 Coduri CPV 33694000-1 33198200-6 33124131-2

---

Pretul estimativ: 1.367,50 RON - 1.367,50 RON

---

Descriere: Strip integrator pentru sterilizare la autoclav 134°C -7 min/ 121°C-20 min. Monitorizează toți parametrii critici: timp, temperatură, absența aerului și calitatea aburului. Monitorizează toate ciclurile de sterilizare cu abur (121°C-132°C) și toți parametrii ciclului. Produsul detectează eventualele deficiente în funcționarea echipamentului sau greșeli în ceea ce privește tehnica împachetării materialelor supuse sterilizării. Indicator de culoare: de la roz la negru (dupa sterilizare). Cantitate minimă: 1 cutie (250 stripuri) Ambalare: 250 stripuri/cutie Fiecare indicator este marcat: numarul de lot, data fabricației și data expirării, Clasa 5, în conformitate cu ISO 11140-1, Indicatori biologici Bacillus Stearothermophilus, fiole, sterilizare cu abur 121 C - 134 C. Indicatori biologici Bionova au fost special concepuți pentru a controla ciclurile de sterilizare cu abur. Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, populație log 6;; Schimbarea culorii se face din roz la maro, incubare la 60 ± 2 ° C. Timpul de citire 24 h. Ambalare: 50 buc/cutie, Teste Bowie Dick sub forma de pachete de unica folosință . Temperatura de expunere 121-134 °C . Mod de ambalare 50 buc/cutie

---