

---

## **Servicii de intretinere preventiva si corectiva pentru cromatografele DGA SRI Instruments din Laboratorul Chimic CR 40530**

I.D.: 99782494

---

Data publicarii	11.07.24	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Descriere: Serviciile ce fac obiectul achizitiei constau in efectuarea de operatii de intretinere preventiva si corectiva pentru 2 (doua) cromatografe DGA SRI 8610C Instruments din Laboratorul Chimic. Toate operatiile de intretinere vor fi executate conform recomandarilor de la producatorul echipamentelor (Manualul de Service - SRI Instruments). Intretinerea preventiva se va executa trimestrial pentru asigurarea functionarii in conditii optime a analizoarelor si va cuprinde minim urmatoarele operatii: • Verificarea si curatarea detectorului de conductivitate termica (TCD); • Regenerarea coloanelor cromatografice; • Verificarea ansamblului extractor DGA-TOGA; • Verificarea si inlocuirea componentelor uzate/defecte; • Verificarea si inlocuirea componentelor care sunt supuse uzurii (garnituri, furtunuri, etc); • Calibrarea si verificarea parametrilor de functionare conform specificatiilor tehnice ale aparatului. In cadrul intretinerii preventive, prestatorul va livra si inlocui toate materialele si consumabilele necesare pentru efectuarea tuturor operatiilor prevazute in procedurile de intretinere preventiva. Piese de schimb necesare bunei functionari a echipamentelor vor fi achizitionate si inlocuite in cadrul sesiunilor de intretinere preventiva conform recomandarilor de la producator sau la cerere, in caz de defectare a echipamentelor, pentru repunerea in functie a acestora (intretinere corectiva).

---