
pH-METRU DE LABORATOR 2017 mai

I.D.: 19849281

Data publicarii	19.05.17	Coduri CPV	38300000-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.05.17	Pretul estimativ:	9.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: pH-METRU DE LABORATOR Cantitate: 2 bucati CARACTERISTICI TEHNICE: • Domeniu de masura : 0 - 14 unitati pH, cu o acuratete de +/- 0,01 unit.pH ; • Compensarea temperaturii automata / manuala ; • Semnal de atentionare acustic si vizual ce indica finalul operatiunii de masurare ; • Calibrare automata in minim 3 puncte ; • Sa afiseze calibrarea curenta ; • Sa aibe functie de memorare a datelor ; • Domeniul de temperatura : 0 - 100 grd C ; • Alimentare de la 100-240 V, 50/60 Hz ; • Sa fie prevazut cu minim urmatoarele accesorii : bratul electrodului, solutie tampon pentru pH de 4.01,7.00,9.21 si alimentator 12 V ; • Sa fie echipat cu electrod de pH apa potabila/apa uzata.
