
Serviciul revizie centrala producere oxigen medical

I.D.: 69083672

Data publicarii	11.05.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 39.560,40 RON - 39.560,40 RON

Descriere: Serviciul revizie contine inclusiv materialele consumabile necesare efectuarii reviziei tip 8000 ore: - Consumabile compresoare (ulei, filtru ulei, filtru aer, separator apa-ulei) - Filtre linie tartare aer; - Manopera inlocuire consumabile; Statie producere oxigen medical cu debit 2x13Nmc/h compusa din: Compresor aer comprimat tip GA18+ , seriile API336371 si API336372, producator Atlas Copco Belgia Uscator aer prin refrigerare FX110 seriile ITJ418056 si ITJ418057, producator Atlas Copco Belgia Set filtre UD100+ si PDp+, producator Atlas Copco Belgia Recipient aer comprimat 1000 litri /11bar seriile 2002629034 si 2002863074, producator SICC Italia Generator oxigen medical tip IMT-POC 8200 med seriile 30.1370 si 30.1371, producator Inmatec Gmbh Germania Recipient oxigen 500 litri/11bar seriile 2002919003 si 2002919011, producator SICC Italia Tablou automatizare tip Pilot, producator GB INDCO SRL Romania Separator condensate tip OSCX DIBT 145, producator Atlas Copco Belgia
