

---

## Verificare tehnica periodica aparat Plasmatherm, Barkey UTS

I.D.: 57375079

---

Data publicarii	26.05.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.960,00 RON - 1.960,00 RON

---

Descriere: Recomandarea producatorului este de a efectua o activitate de verificare tehnica intretinere periodica anual. Activitatea de intretinere presupune urmatoarele activitati: - Schimbarea apei din rezervor - Verificare furtune interior - Verificare pompa apa - Adaugarea tabletelor dezinfectante - Verificare indicatie senzori nivel de apa - Verificare si calibrare senzori temperatura - Parcurgerea pasilor specifici procedurii de intretinere periodica (existenta in meniul service al instrumentului)..

---