

---

## **Indicatori pt sterilizare cu abur- autoclav clasa 5;Bacillus Stereamophilus;Test Bowie Dick**

I.D.: 46899680

---

Data publicarii 03.06.20 Coduri CPV 33198200-6 33124131-2 38900000-4 33694000-1

---

Pretul estimativ: 4.850,00 RON - 4.850,00 RON

---

Descriere: Integrator clasa 5 pentru sterilizare la autoclav 134 C / 121C. Monitorizeaza toti parametrii critici: calitate abur, timp, temperature. Schimbarea culorii de la roz la negru In conformitate cu ISO11140-1 ; -spori de Bacillus Stereamophilus 121-134 C, 10 x6 cu mediu de cultura inclus Se incubeaza 24 ore la 55-60 C In conformitate cu ISO 11138 Termen de valabilitate 2 ani de la data fabricatiei ; -Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri)

---