
Rahmenvertrag Reparatur von Vakuumpumpen

I.D.: 91539033

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	38000000
-----------------	----------	------------	----------

Termenul limita pentru depunere: 27.11.23 12:00

Descriere: Inhalt:Reparatur aller defekten EDWARDS Vakuumpumpen vom IHP nach Ausfall-Reparaturumfang:Die Reparatur soll eine Vakuumleistung, mechanische Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleisten, die den Originalspezifikationen des Herstellers entspricht. Alle Komponenten werden physisch vermessen. Verschlossene oder beschädigte Komponenten werden durch neue ersetzt. Die Pumpen werden getestet, um die grundlegende Funktionsweise, die elektrische Sicherheit und Dichtigkeit zu prüfen. Die Leistung der Pumpen wird anhand der ursprünglichen Werksspezifikationen überprüft.UMFANG DER LIEFERUNG:Ersetzen durch neue: Statische Dichtungen, Lager, rotierende Dichtungen und PFPE-Flüssigkeit.Überholung: Gasspülsystem und Kühlwassersystem.Prüfen und ersetzen, falls verschlissen, durch neue: Vorvakuumpumpe/ Boosterpumpe, prozessberührte Teile, Paneele und Rahmenteile.Garantie = 12 Monate, für den mechanischen Pumpenmechanismus.-Zusatz:-Zu reparierende Pumpen werden vom IHP eingeschickt.- Kosten für Hinversand trägt das IHP.Die neue Ersatzpumpe muss folgende Merkmale aufweisen: - gleiche Spannungsversorgung (high / low Voltage) - min. gleiche oder bessere Pumpleistung - min. gleiches oder besseres Endvakuum - wenn möglich "Green Mode"- leiserer Geräuschpegel oder min. gleichwertig(entsprechende Möglichkeiten der Geräuschreduktion sind mit anzubieten) - gleiche oder kleinere Endmaße (Gehäuse) - gleiche Anschlussmaße (Gasein-/Auslass, Kühlwasser,N2)- geringere EnergieverbrauchDie Kosten der Reparatur bzw. der Ersatzpumpe werden vom Kontingent abgezogen. Die Reparatur wird mit Reparatur- und Endabnahmeprotokoll dokumentiert (Funktionsprüfunginkl. Leistung)Reparatur- und Lieferzeit ist pro Einsendung anzugeben.
