

Revizie microscop Luxor LX3 Q-Vue

I.D.: 87261864

Data publicarii 18.09.23 Coduri CPV 50422000-9 50420000-5

Pretul estimativ: 8.500,00 RON - 8.500,00 RON

Descriere: Revizie microscop oftalmologic Luxor® LX3 Q-Vue. În cele ce urmează vă detaliem operațiunile de service ce se vor efectua în cadrul reviziei microscopului oftalmologic Luxor® LX3 : • Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderile roților). • Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători). • Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; • Verificare cabluri; • Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; • Măsurarea rezistențelor diferitelor ansamble ale aparatului; • Verificare și curățare filtre; • Verificare modul Libero; • Verificare panou de comandă; • Verificare modul Illumini; • Curatare lentilă principală; • Verificare frâne; • Verificare limita inferioara microscop; • Verificare pedală (funcționare continuă și ușoară); • Verificare asistent microscop; • Curatare interioara bloc optic • Descarcare fișiere de log-uri și erori; • Verificare sistem cameră video (dacă este cazul); • Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). De asemenea, dacă pe parcursul intervenției service se constată necesitatea înlocuirii unor piese de schimb, acestea vor fi oferite și reparația se va efectua după primirea acceptului din partea dumneavoastră.