
TESTE CLOSTRIDIUM DIFFICILE DEPISTARE TOXINA A/B SI A ENZIMEI GDH=MICRO UPU IANUARIE 2024

I.D.: 90817078

Data publicarii	15.12.23	Coduri CPV	33694000-1 33141625-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.935,00 RON - 1.935,00 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Prezenta achiziție directă este scutită de TVA conform art.294 alin.(5) lit.b) din Codul Fiscal. Bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate unității spitalicești din rețeaua publică de stat-Spitalul Județean de Urgență Bacău; Bunurile/serviciile achiziționate sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esențiale pentru compensarea și depășirea handicapurilor; TEST COMBINAT PENTRU DETECTIA AG (GDH) SI A TOXINEI A + B DIN MATERII FECALE. TRUSA CONTINE 20 DE CASETE, 20 SISTEME DE RECOLTARE MATERII FECALE CERTEST CONTROL POZITIV PRODUCATOR: CERTEST- SPANIA Sensibilitate analitica (limita de detectie) Valorile limitei de detectie ale CerTest Clostridium difficile GDH+Toxin A+B sunt 0,8ng/mL pentru GDH, 2ng/mL pentru Toxin A si 0,63ng/mL pentru Toxin B.
