

---

## **Indicator biologic sterilizare abur (autoclav) GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h. - BT20**

I.D.: 97041006

---

Data publicarii	07.05.24	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	650,00 RON - 650,00 RON
-------------------	-------------------------

---

Descriere: INITIALIZAREA ACHIZITIEI TINE LOC DE COMANDA! Indicator biologic sterilizare abur (autoclav) GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS fiola 24h. DECLARATIE DE CONFORMITATE, NR. LOT, TERMEN VALABILITATE. Ambalaj INDIVIZIBIL: Cutie \* 100 Fiola. PRET AFISAT / FIOLA. -574-BT20 Indicatorul biologic Bionova® BT20 este proiectat pentru a controla procesele de sterilizarea cu abur la 121 la 134 ° C. În cazul în care procesul de sterilizare este incorect indicatorul din fiola se va schimba de la violet la galben după incubare la  $60 \pm 2$  ° C , indicând astfel prezența de spori vii de Geobacillus stearothermophilus. Dacă procesul de sterilizare este corect indicatorul de mijloc rămâne violet. CITIREA FINALĂ TREBUIE EFECTUATĂ LA 24 DE ORE DE INCUBARE LA  $60 \pm 2$  °C.

---