

## **Indicatori chimici integratori strip tip 5 abur/autoclav PREMIUM TEST LA REZISTOMETRU/Indicator biol**

I.D.: 68051613

Data publicarii 05.04.22 Coduri CPV 33198200-6 38341500-2 33124131-2

Pretul estimativ: 1.320,00 RON - 1.320,00 RON

Descriere: Integrator clasa/type 5 pentru sterilizare la autoclav 121- 135 C Ambalare: 200 indicatori/cutie Monitorizeaza toti parametrii critici ai ciclurilor de sterilizare cu abur Se utilizeaza in fiecare pachet/punga/cos ce urmeaza a fi sterilizat Schimbarea culorii de la galben la negru Dupa procesare, culoarea ramane neschimbata minim 6 luni In conformitate cu cerintele ISO11140-1 clasa/type 5 Este tiparit cu urmatoarele informatii: proces, standard, tip 5, lot, data fabricatiei, data expirarii Prezinta testul la rezistometru pentru confirmarea cernelei clasa 5 Conditiiile de integrare sunt calibrate pe curba de moarte a unei populatii de spori biologici B Atropheaus Certificat de calitate si testare pe fiecare lot in parte Valabilitate 5 ani de la data fabricatiei Fabricat in Argentina mai putin/Monitorizeaza toate procesele de sterilizare cu abur 121-134 C Ambalare: 100 fiole/cutie Contine spori de Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™) log 6 Fiola cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator. Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata - mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesarii fiolei in cadrul procesului de sterilizare corespnzator. Valabilitate 24 luni de la data fabricatiei Fabricat in Argentina mai putin/ Rola etichete 500 buc cu indicator pentru sterilizarea cu abur la 134 C 3.5 minute sau 121 C 15 minute. Etichetele s