

---

## Indicator biologic / indicatori biologici abur autoclav

I.D.: 72494271

---

Data publicarii	22.08.22	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 440,00 RON - 440,00 RON

---

Descriere: INDICATOR BIOLOGIC CU SPORI DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS 10<sup>6</sup> - ATCC 7953 - INOCULATI IN HARTIE DE FILTRU PLASAT IN INTERIORUL FIOLEI. STERILIZARE CU ABUR 121-134 C, TIMP DE PROCESARE 24 H IN INCUBATOR la 57 grade C, NU NECESITA CONDITII DE LABORATOR. DACA TOTI SPORII AU FOST DISTRUSI, CULOAREA VA RAMANE NESCHIMBATA MOV

---