

## Furnizare de AUTOCLAVE - 2 bucati

I.D.: 16336945

---

Data publicarii	28.11.16	Coduri CPV	33191110-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.12.16	Pretul estimativ:	26.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: - Imprimanta termica ce asigura inregistrarea completa a ciclului de sterilizare si o arhivare facila; - Display grafic ce permite alegerea ciclului de sterilizare dorit, controlul facil al fazei fiecarui ciclu, cu semnalarea imediata a oricarei greseli de programare din partea operatorului; - 12 programe presetate; - Inchidere automata a usii; - Posibilitate de conectare la calculator; - Sistem electronic de uscare cu vacuum; - Camera de sterilizare din inox cu volumul de 18 litri; - Vaporizarea instantanee permite cresterea vitezei ciclului de sterilizare si reducerea consumului de apa; - Daca nu se efectueaza nici o operatiune in autoclav, acesta reduce consumul energetic mentinand aprinsa numai lumina de fond a display-ului; - Volum: max 0.14 m<sup>3</sup>; - Alimentare curent: 230 V, 50-60 Hz; - Putere: 2400 W; - Caldura maxima transmisa: 5.76 MJ/h (1370 Kcal/h); - Presiune maxima de utilizare: 2.3 bar; - Vid maxim de utilizare: -0.90 bar; - Temperatura maxima de utilizare: 1400C; - Dimensiuni exterioare (L x l x A): 18 l: 505 x 400 x 615 mm; - Dimensiuni camera 18 l: 236 x 381, 5 mm; - Capacitate maxima rezervor de apa curata: 4.5 l; - Capacitate maxima rezervor de apa murdara: 4.5 l; - Temperatura maxima a apei de evacuare din rezervorul de apa murdara: 500C; - Filtru bacterologic: diametru maxim: 56 mm; capacitate filtranta maxima admisa: 0.3 micleii; nr. de cicluri inainte de inlocuire: ~ 300. - Grad de poluare: 2. - Nivel sonor: lt; 70 dB (A). Ofertantul va trebui sa asigure garantia de buna functionare, calitatea si performantele echipamentului pentru minim 24 luni de la receptie, în afara altor precizari cuprinse în specificatiile tehnice de mai sus sau în afara altor precizari ale producatorului, conform prevederilor legale în vigoare. Se vor preciza datele de contact pentru serviciul de garantie de catre furnizor. Daca echipamentul se defecteaza în termenul de garantie se remediază prin grija si pe cheltuiala furnizorului. Actul de sesizare se poate transmite prin e-mail sau fax si obligatoriu în scris. Dupa efectuarea reparatiei si punerea în functiune a echipamentului, între furnizor si beneficiar se întocmeste un proces-verbal de remediere a defectiunii, iar perioada de garantie se va prelungi cu durata totala a imobilizarii. Echipamentul trebuie sa fie nou, sigilat în ambalajul original care sa asigure integritatea/rigiditatea pe timpul transportului (polistiren, folie, etc) si a depozitarii. Livrarea fara documentele prevazute de legislatia în vigoare (factura fiscala, documente de conformitate, instruc?iuni de utilizare, avize sanitare, etc.), poate duce la refuzul recep?iei comenzi.

---