

---

## Balon pentru litotritie intravasculara a arterelor periferice

I.D.: 61067231

---

Data publicarii	20.09.21	Coduri CPV	33140000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere: 21.09.21

---

Descriere: - sa fie compatibile cu ghid de 0,014 inch - sa aiba diametre de 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5mm, 5,5 mm, 6mm, 6,5 mm, 7mm, cu lungime de 60mm - sa prezinte 1-4 canale emitatoare, in functie de cateter - tehnologia IVL sa fie litotritie a arterelor periferice - epandarea balonului sa se faca la 4atm, pentru un transfer eficient de energie - 30 pulsatii/ciclu - 300 nr. total de pulsatii - taca compatibila: 6F, 7F

---