

---

## Indicatori biologici pentru validarea sterilizarii cu abur

I.D.: 43110236

---

Data publicarii	12.02.20	Coduri CPV	33124131-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 575,00 RON - 575,00 RON

---

Descriere: Bacillus stearothermophilus - sterilizare cu ABUR (121 - 134OC); EZ Test Steam-log 6, Incubatie de 24 ore. Contine spori de G. strearothermophilus. Se foloseste pentru validarea sterilizarii la abur la 121°C sau pentru sterilizarea la abur la 121-135°C, cicluri de prevacuum. Sterilizarea nu este valida daca s-a schimbat culoarea în galben sau daca solutia s-a tulburat sau si-a modificat structura MOD AMBALARE: CUTIE 25 FIOLE

---