

---

## Piesa schimb aparat determinare ion Na, InoLab pH/ION level2

I.D.: 17029201

---

Data publicarii	10.01.17	Coduri CPV	38432000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	13.01.17	Pretul estimativ:	1.880,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Electrode ion selectiv pentru determinarea ionului Na pozitiv - 1 bucata cu urmatoarele caracteristici tehnice: - electrod tip Mettler Toledo DX 223 - Na pozitiv; - domeniu de masura  $2 \times 10^{-6}$  la puterea minus 6 ... 1 mol/l Na 0.05 ... 23000 mg/l; - domeniu de pH in functionare mai mare decat 10; - domeniu de temperatura 0 - 60 gr.C; - dimensiuni L = 150 mm; - diametru = 12 mm; - interferente maxim 1 la suta; - cod catalog 106375;

---