

Inspectie tehnica periodica ventilator PB840. Restrictii achizitie!.

I.D.: 66816192

Data publicarii	28.02.22	Coduri CPV	71632000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	17.960,00 RON - 17.960,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Inspectie tehnica periodica aparat de ventilatie mecanica tip Puritan® Bennett 840/980: - Identificare aparat si completare date privind seria si referinta componentelor, versiune soft, accesorii instalate, numar ore functionare; - Verificare furtunuri conectare la aer/oxigen, cabluri alimentare retea 220 VAC ventilator, umidificator, nebulizator; - Verificare stare accesorii si consumabile, mod conectare si utilizare; - Test electrosecuritate; - Test izolatie impamantare; - Calibrare senzor presiune atmosferica; - Calibrare touch-screen LCD; - Calibrare senzori flux inspir si expir; - EST (Extended Self Test), test extins de verificare functionare (in cadrul acestui test se verifica si autonomie acumulatori, in caz de eroare ventilatorul devine nefunctional pana la inlocuire acumulatori); - Testare functionare porturi externe de comunicatie; - Testare functionare "Vent inop" (functionare ventilator in caz de avarie/situatii de urgenta/erori de utilizare); - SST (Short Self Test), testare functionare ventilator cu circuite de ventilatie pentru adulti, copii si nou-nascuti (doar pentru ventilatoarele care au soft instalat pentru nou-nascuti); - Calibrare senzor oxigen. Verificare functionare ventilator: - Test presiune circuit, valori: 10 cmH2O, 50 cmH2O, 100 cmH2O; - Test flux, valori: 1 LPM, 5 LPM, 20 LPM, 60 LPM, 150 LPM (conectat doar la sursa externa de aer comprimat); - Test volum, valori: 25 mL, 30 mL, 50 mL, 200 mL, 300 mL, 500 mL, 600 mL, 2500 mL; - Test spirometry,
