
Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului radiologic (Rev.2)

I.D.: 42111250

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 625,00 RON - 625,00 RON

Descriere: Verificare si intretinere service aparate radiologice: Opera T30 cs , seria 25706 - o instalatie Developeza Kodak - o instalatie - verificarea tehnica periodica a incadrarii instalatilor radiologice in paramterii tehnici nominali si de securitate radiologica, la intervalele de timp prevazute in Autorizatiile de Utilizare eliberate de C.N.C.A.N. - emiterea a 2 buletine de verificare tehnica periodica la un interval de 6 luni (B.V.T.P) pentru fiecare instalatie, in care vor fi precizate eventualele neconformitati si solutiile de inlaturare a acestora. - masuratori pentru determinarea campurilor de radiatii din zonele controlate si spatiile adiacente acestora si emitere buletin de masuratori trimestrial pentru fiecare instalatie. - verificare tehnica periodica imprimante cu developare umeda
