
SOLUTIE ALCALINA URIT+CONTROL NORMAL+CONTROL PATOLOGIC+LIPAZA

I.D.: 68208688

Data publicarii	13.04.22	Coduri CPV	33696500-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.870,00 RON - 3.870,00 RON

Descriere: Solutie de spalare ALCALINA pentru analizor biochimie URIT 8031 , URIT 8260 Descriere : 1 flacon x 1000 ml MULTIPARAMETRIC CONTROL Nivel NORMAL pentru reactivii de laborator pentru analize de sange , compatibil cu analizorul de biochimie URIT8031 Presentare :1 flacon x 5ml Multiparametric control nivel patologic pentru reactivii de laborator , compatibil cu analizorul de biochimei URIT 8031 Presentare : 1 flacon x 5ml Reactiv de biochimie destinat determinarii cantitative a lipazei in probe de ser sau plasma, compatibil cu analizorul de biochimie URIT 8031 / 8260 / 8280 Metoda de determinare: se bazeaza pe clivarea enzimatica a unui substrat cromogen specific, 6'metilresorufin ester. In prezenta activatorilor specifici ai lipazei pancreatice (colipaza, ioni de calciu si acizi biliari, substratul este convertit la 1,2-O-dilauril-rac-glicerol si acid glutaric 6'- metal resorufin ester, care se descompune spontan in acid glutaric si metilresorufin. Formarea acestuia determina cresterea absorbantei la 580 nm, proportional cu activitatea lipazei in proba. Componenta kitului: R1- 2 x 50 ml + R2 - 2 x 11 ml; Numar de teste : 330 teste / kit Stabilitatea reactivilor: pana la data expirarii pastrati la 2 - 8 °C; 90 zile dupa deschiderea flacoanelor ; Limita minima de detectie: 5 U/L; Liniaritate : 250 U/L;
