



Aparat determinare bilirubina(Bilirubinometru transcutan neinvaziv tip JM 105 Barcode Scanner)

I.D.: 44675567

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 27.11.19 | Coduri CPV | 38430000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Pretul estimativ: | 14.200,00 RON - 14.200,00 RON |
|-------------------|-------------------------------|

Descriere: Aparat determinare bilirubina (Bilirubinometru transcutan neinvaziv tip JM 105 Barcode Scanner), compus din: 1 Bilirubinometru tip JM 105 Barcode Scanner 1 Alimentator - incarcator Caracteristici tehnice: * se utilizeaza in cazul nou-nascutilor cu minimum 24 de saptamani de gestatie, care nu au fost supusi unei transfuzii sau unui tratament cu fototerapie * puncte de masura: stern si frunte * bilirubinometru transcutan neinvaziv * afiseaza valoarea TcB masurata in mg/dL sau µmol/L * masurarea TcB se realizeaza utilizand doua cai optice * dispune de un ecran touch-screen cu meniu in limba romana * memoreaza pana la 100 masuratori in jurnalul de date * dispune de un buton ce permite blocarea ecranului * permite exportul masuratorilor intr-un calculator (livrarea include un software de instalare) * include un dispozitiv de control al senzorului de masura * permite scanarea codurilor de bare, in vederea identificarii personalului medical / bebelusului * calculeaza valoarea medie rezultata dintr-un numar de 2-5 masuratori * permite marcarea unei masuratori prin indicator de prioritate * permite efectuarea a circa 250 masuratori cu un acumulator incarcat * greutate aprox. 200 g * durata de viata a sursei de lumina circa 150000 de masuratori * senzori de tip fotodiode cu silicon * interval de masurare: 0,0 mg/dL - 20,0 mg/dL * precizie ±1,5 mg/dL * port USB - HL7 sau CSV * coduri de bare scanate: Cod 39, EAN/JAN, Cod 128, ANSI/HIBC * jurnal de date * mesaje de eroare * indicator ba