
Interventie service

I.D.: 44525912

Data publicarii	14.11.19	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.500,00 RON - 4.500,00 RON

Descriere: Interventie service in vederea verificarii si calibrarii la spectrometru UV-VIS, model Lambda 25, producator Perkin Elmeri, include: • Verificarea vizuala a eventualelor defectiuni, verificarea tensiunii de alimentare a instrumentului; • Curatare sistem optic, conectorii placilor electronice, roata cu filtre, compartimentul lampilor si cel al probelor, recalibrarea si teste interne de validare, actualizarea software-ului intren daca este cazul; • Verificarea finala a functionarii intregului sistem. • La sfarsitul mentenantei se vor testa principalii parametri de lucru (acuratetea lungimii de unda, acuratetea fotometrica) si se va calibra aparatul pentru incadrare in parametrii tehnici; in urma testelor se va elibera un document care atesta ca acestia sunt in specificatiile tehnice Interventie service in vederea verificarii si calibrarii la spectrometru de absorbtie atomica PinAAcle 900T, producator Perkin Elmer, include: • Verificarea vizuala a eventualelor defectiuni, verificarea tensiunii de alimentare a instrumentului • Curatare ferestre spectrometru si cuptor de grafit, curatare cilindrii de contact si tub de grafit, curatare pompe autosampler, curatare arzator, aliniere pipeta, arzator si nebulizator, verificare performante pe Cupru, pe flacara si cuptor, curatare camera de amestec si nebulizator, curatare sistem optic, curatare/lubrifiere mecanisme, verificarea sistemului pneumatic, verificare sistem de siguranta a flacarii, curatare compresor de aer si filter, verific
