
Indicatori biologici sterilizare

I.D.: 39951841

Data publicarii	28.08.18	Coduri CPV	33694000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Sterilizare uscata: Bacillus atrophaeus ATCC 9372 + mediu de cultura (180°C) Sterilizare cu abur: Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 in mediu de cultura (la 121° ±0,5°C). Schimbarea culorii mediului la galben si prezenta turbiditatii in fiola de test, trebuie interpretata ca un esec al procesului de sterilizare. Mentinerea culorii originale si absenta cresterii bacteriene trebuie interpretata ca o procedura de sterilizare corecta. Impachetare: - pentru (EO) Ethylene Oxide: 12 discuri + 12 fiole mediu cultura. - pentru sterilizarea uscata (DRY): 10 fiole cu discuri + 10 fiole mediu de cultura - pentru sterilizarea cu abur (COLOR): 10 fiole preparat in mediu de cultura Tulpinile utilizate nu sunt nici patogene, nici toxice
