

Aparate etilotest -210 buc

I.D.: 95078740

Data publicarii	26.03.24	Coduri CPV	38500000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	02.04.24
----------------------------------	----------

Descriere: Entitatea contractanta intetioneaza sa achizitioneze 210 buc aparate etilotest. Caracteristici tehnice: Cod CPV: 3850000-0 Indicarea rezultatului măsurării. Tip verificare: electrochimică Unitate de măsură afișată: mg/L (mg etanol la L aer expirat) Domeniul de măsurare: (0 3,0) mg/L Precizie de măsurare: 0,01 Posibilitatea de suflare în pâlnie și prin intermediul muștiucelor (pentru o mai bună acuratețe a rezultatului); Recalibrare/înlocuire senzor: da Semnale acustice privind pregătirea aparatului pentru testare și finalizarea timpului de suflare; Condiții de mediu climatic: temperatura minimă: -100C; temperatura maximă: +400C; Condiții de mediu mecanic: clasa M1 Memorie stocare: minim 100 teste cu menționarea datei, a orei și a rezultatului verificării; Fiabilitate: minim 10.000 teste de alcoolemie Alimentare: baterii interschimbabile sau acumulatori reîncărcabili; Condiții de livrare: Certificat de etalonare emis de BRML. Rezerve de muștiuce igienice: minim 100 Posibilitatea de achiziționare în viitor a muștiucelor; Garanție aparat: minim 2 ani cu posibilitatea de reparare extragaranție; Asigurarea calibrării anuale a aparatelor;
