
test bowie-dick coala mesa

I.D.: 40017692

Data publicarii	05.10.18	Coduri CPV	33198200-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 336,00 RON - 336,00 RON

Descriere: Destinat pentru verificarea eficientei sterilizarii cu abur la 134C timp de 3,5 minute; in urma verificarii testul vireaza din culoarea albastru in culoarea negru uniform pe toata suprafata; - Sunt precizate pe test numarul lotului, luna si anul expirarii -Conditii de depozitare: temperatura 10 - 38° C, umiditate 10 - 60° C -Mod ambalare : 100 coli/pachet
