

---

## **servicii de revizie tehnica Sterivap 446, 636, 666**

I.D.: 66643662

---

Data publicarii	23.02.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.600,00 RON - 6.600,00 RON

---

Descriere: COD SI DENUMIRE CPV: 50421000-2 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2) DESCRIERE: servicii de revizie tehnica Sterivap 446, 636, 666 Operatiuni efectuate in cadrul reviziei: Verificarea tensiunii de alimentare Verificarea duritatii apei de alimentare pentru generatorul de abur Purjarea decantorului de apa Verificarea functionarii pompei de vacuum Verificarea functionarii pompei de alimentare a generatorului de abur Verificarea etanseitatilor Verificarea intrerupatoarelor de nivel de pe generatorul de abur Verificarea integritatii camerei de sterilizare Verificarea functionarii elementelor de blocare a usilor Verificarea ambreiajului pentru usi Verificare filtru Y circuit de admisie apa pentru generatorul de abur Verificare filtru Y circuit de purjare automata a generatorului de abur Verificare filtru Y din circuitul de admisie apa pentru racire Verificarea elementelor de incalzire din generatorul de abur Test Vacuum Test Bowie Dick Verificarea functionarii imprimantei Verificarea filtrului de admisie aer in camera de sterilizare Verificarea conexiunilor electrice Verificarea (si dupa caz recalibrarea) senzorilor de temperatura Verificarea (si dupa caz recalibrarea) senzorilor de presiune (generator, manta,camera) mai putin

---