

---

## **Indicator biologic Abur FIOLA cu mediu de cultura inclus B Stearothermophilus ( ATCC 7953 ),Test Bow**

I.D.: 41096005

---

Data publicarii	07.01.20	Coduri CPV	38341500-2 38900000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 383,00 RON - 383,00 RON

---

Descriere: DESCRIERE: PROMOTIE ! Bacillus stearothermophilus (ATCC® 7953™)-sterilizare cu abur 121-134 C; log 6; fiole cu mediu de cultura inclus; timp de procesare 24 h in incubator, fara a fi nevoie de conditii de laborator.Daca toti sporii au fost distrusi, culoarea va ramane neschimbata-mov. In caz contrar, culoarea se va schimba in galben. Prezinta indicator extern pentru confirmarea procesului de sterilizare. Valabilitate 24 luni. DESCRIERE: PROMOTIE Teste Bowie-Dick de unica folosinta (coala de Bowie Dick este deja pusa intre campuri) pentru validarea sterilizarii cu abur la 134C, timp de 3.5 minute. In conformitate cu ISO11140-1 si ISO11140-4; dimensiune 120 x 120 x 10 Schimbarea culorii de la albastru la negru Ambalare : 20 buc Valabilitate 5 ani PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA

---