

Achizitie incubator de laborator

I.D.: 67070687

Data publicarii	10.03.22	Coduri CPV	33152000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	12.748,00 RON - 12.748,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: CERINȚE TEHNICE MINIMALE Alimentare cu energie în plaja 200 - 240 V, cu o frecvență rețea de 50 - 60 Hz Putere nominală maximă 900 W Minim o ușă solidă pentru deschidere facilă Interior din oțel inox rezistent la acizi conform DIN 1.4301 Capacitate minim 240 l Greutate maximă 125 kg, se poziționează pe masă Dimensiuni exterioare maxime: lățime 85 cm, adâncime 80 cm și înălțime 120 cm Temperatura reglabilă minim în intervalul 8 - 900 C Rezoluția de temperatură maxim 0.15°C Fluctuația maximă de temperatură la 37 grade ± 0.35°C Variația maximă de temperatură la 37 grade ± 0.9°C Afisaj parametri de lucru pe ecran LCD cu display touch screen minim 4" Controler cu microprocesor Porturi LAN și USB pentru transferul datelor Memorie date minim 9000 date măsurate pentru o durată de minim 6 luni Posibilitate de setare buclă pentru reluarea programului de minim până la 250 ori sau continuu Calibrarea senzorului de temperatură de utilizator Înregistrare minim a valorilor minime, medii și maxime de temperatură Vizualizarea parametrilor setați și a celor curenți în timpul operării Alarma la deteriorarea senzorului de temperatură Protecție la supra temperatură Controlul în cazul întreruperii accidentală a alimentării cu energie electrică, programul continuă după reluarea alimentării Timp maxim de intervenție: 48 de ore de la primirea notificării, doar la sediul beneficiarului-plătitor An de fabricație echipament: nu mai vechi de un an de zile ȘCOLARIZARE: Personal medical sanitar: 3 persoane
