
Indicator/Indicatori biologici/biologic Plasma -FIOLA cu mediu de B.Stearothermophilus- ATCC 7953

I.D.: 43972986

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 09.09.19 | Coduri CPV | 38900000-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 150,00 RON - 150,00 RON

Descriere: Indicatorul biologic Bionova® BT91 este conceput special pentru monitorizarea proceselor de sterilizare cu peroxid de hidrogen. Daca procesul de sterilizare nu a reusit, mediul indicator își va schimba culoarea din purpuriu în galben dupa incubarea la temperatura de 60 ± 2 °C, indicând astfel, prezenta sporilor vii de Geobacillus stearothermophilus. Daca procesul de sterilizare a reusit, mediul indicator va ramâne purpuriu dupa incubare. Citirea finala se va face la 24 de ore de incubare la temperatura de 60 ± 2 °C.
