
Aparatura laborator INTERTRAP: LOT I. Sistem spectrometrie gama de inalta rezolutie; LOT II. Spectrometru de rezonanta electronica de spin; LOT III. Cititor automat de termoluminescenta si luminescenta stimulata optic

I.D.: 13067063

Documente participare:

- 2-168481.zip

Data publicarii	25.05.16	Coduri CPV	38433000-9 38000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.07.16	Pretul estimativ:	609.166,00 EUR
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: LOT I. Sistem spectrometrie gama de inalta rezolutie(detector, sursa de tensiune, analizor multicanal, amplificator spectroscopic) cu detector de Germaniu Hiperpur (HPGe) cu put; LOT II. Spectrometru de rezonanta electronica de spin in banda X (9.8GHz) si Q (34GHz) cu sistem control temperatura variabila (100K-600K) si cu camp maxim electromagnet de minim 17.5kG; LOT III. Cititor automat de termoluminescenta si luminescenta stimulata optic, specializat pentru datare, cu sursa de iradiere incorporata, multiple surse luminoase de stimulare (albastru/verde/IR/violet) si detectie interschimbabila si sistem masurare a granulelor individuale bazat pe stimulare laser
