

Echipamente de laborator, împărțită pe 7 loturi Proiect POCU 133309

I.D.: 70579049

Documente participare:

- Invitatie de participare si caiet de sarcini Echipamente de laborator impartite pe 7 loturi Proiect POCU 133309.pdf

Data publicarii	28.06.22	Coduri CPV	38433000-9
Termenul limita pentru depunere:	01.07.22	Pretul estimativ:	36.100,00 RON - 36.100,00 RON

Descriere: Echipamente de laborator - Facultatea de Biologie Universitatea din București, împărțită pe 7 loturi: LOT Denumire Lot Codul de clasificare CPV Valoare estimată lei fără TVA
1 Conductometru de teren cu electrod 38410000-2 Instrumente de masurat (Rev.2) 3000,00
2 Oxigenometru portabil 38410000-2 Instrumente de masurat (Rev.2) 3600,00
3 Spectrofotometru 38433000-9 Spectrometre (Rev.2) 14000,00
4 Agitator magnetic 38436400-4 Agitatoare magnetice (Rev.2) 2000,00
5 Balanțe portabile de precizie 38311100-9 - Balante analitice electronice (Rev.2) 3500,00
6 Pompă de vid 42122450-9 Pompe de vid (Rev.2) 2000,00
7 Pipete 38437000-7 Pipete de laborator si accesorii (Rev.2) 8000,00
Conform documentului atașat. Răspuns la solicitarea de clarificări
Întrebare: LOT 3 : Spectrofotometru - va rugam sa acceptati la intervalul absorbanta un minim de : 0,2 - 2400 . Intervalul -200 nu poate fi corect
Răspuns: LOT 3 : Spectrofotometru - se acceptă la intervalul absorbanta un minim de : 0,2 - 2400
Întrebare: LOT 4 : Va rugam sa acceptati un domeniu la agitator cu domeniu minim : 15-1400 rpm. Nu exista domeniu de agitare minim 10-1400
Răspuns: LOT 4 : se acceptă un domeniu la agitator cu domeniu minim : 15-1400 rpm.
LOT 7 Întrebare: Pentru prima pipeta cu 8 canale, putem oferta o pipeta cu volum reglabil cu 8 canale, interval de volum 30-300 uL. Va rog sa imi transmiteti daca se accepta intervalul de volum propus.
LOT 7 Răspuns: Nu se acceptă, deoarece necesar ca pipeta sa poata si volum de 25, chiar 15 ul, pentru ca se utilizeaza la dilutii seriale in placi cu godeuri (care au un volum relativ mic de lucru).
