

## Heliu si Gaze calibrare - CTE SUD

I.D.: 106679359

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 06.12.24 | Coduri CPV | 24111200-7 24110000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Pretul estimativ: 20.440,00 RON - 20.440,00 RON

---

Descriere: Heliu 5.5 Reincarcare butelie He 5.5 Heliu ; volum 50 l/butelie/9,3m<sup>3</sup>; pres.200 bar Heliu min. 99.9995%vol 2 Butelie 50 de litri -Heliu 5.5 Verificare ISCIR Serviciu verificare ISCIR 2 Gaz amestec calibrare C6 Reincarcare butelie amestec etalon: gaze calibrare C6 Gaze amestec calibrare C6, butelie 50 litri; Presiune de incarcare= 44.45 bar; stabilizate 24 luni; Concentratii (Mol%): - Nitrogen (N2)= 2.500; - Carbon Dioxid (CO2) = 1.000; - Ethane (C2) = 5.000; - Normal Butane (NC4) = 0.300; - Neo Pentane(Neo C5)=0.100; - ISO Pentane(IC5)=0.100; - Normal Pentane(NC5)= 0.100;- Propane (C3) = 1.000; ISO Butane(IC4)=0.300; Hexane and heavier(C6+) =0.030; - Methane (C1) = 89.570 (rest/balans) 2 Butelie 50 de litri - gaz amestec calibrare C6 Verificare ISCIR Serviciu verificare ISCIR 1 Inlocuire robinet Serviciu inlocuire robinet Robinet DIN nr.6 cu presiune remanenta - cerinta obligatorie pentru buteliile de heliu 2

---