

---

## Servicii de reparare Autoclav Bluetech tip MJQ23LV+

I.D.: 6273347

---

Data publicarii	05.05.15	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.05.15	Pretul estimativ:	2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Servicii de reparare Autoclav Bluetech clasa B 23L, tip MJQ23LV+, an de fabricatie 2012. Aparatul prezinta urmatoarele probleme in functionare: -la terminarea ciclului de sterilizare, din camera de sterilizare se prelinge o cantitate considerabila de apa, in momentul deschiderii usii; -bonul emis de autoclav nu este imprimat cu parametrii de sterilizare ai sarjei sau este imprimat cu dungii negre; -la testele saptamanale cat si la programul uzual de sterilizare, autoclavul a emis bon cu eroare E6 respectiv eroare E8.

---