

Control negativ pentru determinari RhD cu anticorpi monoclonali DiaClon Rhesus Control

I.D.: 66138837

Data publicarii	07.02.22	Coduri CPV	33696100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	120,00 RON - 120,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: 1. Forma de prezentare: a) Ser inert din punct de vedere imun, identic ca formula cu solutia de resuspendare a anticorpilor DiaClon dar fara prezenta anticorpilor monoclonali ceea ce face din acest ser, controlul negativ ideal pentru determinarile de Rh cu reactivii DiaClon. b) Aspect macroscopic clar si incolor. c) Identificare (etichetare): sa contina denumirea specifica a reactivului, tipul, volum, tehnica de utilizare (test lama si eprubeta), numar de lot, data expirarii, identitatea producator. 2. Utilizat: pentru confirmarea specificitatii reactiei de aglutinare obtinute la testarea hematiilor cu reactivul DiaClon anti-D, prin tehnica de lucru pe placa sau in eprubete. 3. Specificitatea serului: sa nu fie demonstrata alta specificitate decat cea anuntata. Reactia cu serul de Control Rhesus trebuie sa fie negativa. Daca se inregistreaza o reactie pozitiva, rezultatele pentru determinare Rh(D) sunt invalide. 4. Unitate de masura/ Ambalare: 1 flacon x 10 ml cu dop picurator, Ambalare: ambalat individual în cutia de carton. 5. Se prezinta: - instructiunile originale de utilizare ale producatorului insotite de traducerea in limba romana. - certificatul de calitate al unui lot de productie. 6. Marcaj CE
