
Indicatori / Indicator biologic sterilizare PUPINEL / ETUVA SET cu atrophaeus ATCC 9372

I.D.: 53515806

Data publicarii	19.01.21	Coduri CPV	33198200-6 33694000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 719,50 RON - 719,50 RON

Descriere: Indicator biologic este proiectat pentru monitorizarea procesele de sterilizare cu caldura uscata la 160, 180 ° C. Este compus din doua tuburi (fiole), A Si B. Tubul A contine populatie de Bacillus atrophaeus ATCC 9372 spori îmbibata într-o banda de hârtie atasata la capac. Auxiliar tubul de plastic B protejeaza fiola de sticla care contine mediul de cultura de culoare albastra. Dupa procesul de sterilizare se incubeaza indicatorul biologic prelucrat si indicatorul utilizat ca martor pozitiv pentru un maxim de 48 ore la 37 ± 2 ° C. Lectura ar trebui sa fie la fiecare 10 ore. Declaratie de conformitate, certificat analiza / lot pret afisat / SET fiola A+ fiola B ATENTIE: pentru o sterilizare sunt necesare 2 fiole (A si B) impachetare: 50 fiole / cutie. VALABILITATEA PRODUSELOR MINIM 2 ANI DE LA LIVRARE
