

Consultarea pietei in vederea initierii procedurilor de licitatie deschisa, aparatura medicala

I.D.: 66337018

Data publicarii	18.02.22	Coduri CPV	33100000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 24.02.22

Descriere: Scopul principal este de a oferi informatiile necesare autoritatii contractante, in vederea luarii unei decizii privind analiza, potentialul investitiei din punctul de vedere al utilizarii rationale si eficiente a resurselor financiare si de a determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de sectorul de activitate „spital de urgenta,, in vederea achizitionarii de Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Ioan pentru îndeplinirea misiunii sale si pentru a raspunde prompt solicitarilor pacientilor, în concordanta cu cele mai avansate tehnologii în domeniul medical, se afla într-un permanent proces de modernizare si dotare cu aparatura de înalta performanta si ultima tehnologie pentru diagnostic si tratament. Astfel, în vederea achizitionarii va adresam rugamintea sa ne transmiteti oferta financiara, si tehnica pentru: 1. Lampa scialitica cu prindere in tavan 2 cupole Cofiguratie minimala atasata anuntului de consultarea pietei - Forma cupolelor se fie rotunda. - Prevazute cu panou de control care sa permita controlul parametrilor luminii - Echipata cu optiune independenta de lumina verde pentru procedurile endoscopice - Dotata cu functie de iluminare suplimentara a campului chirurgical - Maner de manevrare detasabil si autoclavabil care sa permita focalizarea spotului de lumina - tensiunea de alimentare 24V DC - intensitate luminoasa reglabila - diametrul reglabil al campului operator - consumul de energie : 50 W - timpul de lucru pe baterie de rezerva : 7 ore - 12 ore
